

Serienummer : 20H-0243
 Kalibratiedatum : 12-06-2017

	Referentie waarde	Gemeten waarde	Gemeten afwijking	Meet-onzekerheid
Aanraak Lekstroom	0.6 mA	0.56 mA	0.01 mA	1 % + 1 digit
	1.20 mA	1.09 mA	0.06 mA	1 % + 1 digit
	2.4 mA	2.17 mA	0.13 mA	1 % + 1 digit
Verschil Lekstroom	1.2 mA	1.11 mA	0.04 mA	1 % + 1 digit
	5 mA	4.40 mA	0.20 mA	1 % + 1 digit
	16 mA	14.81 mA	0.52 mA	1 % + 1 digit
Vermogen/Stroom	8.16 A	8.11 A	0.05 A	1 % + 1 digit
Vervang Lekstroom	1.2 mA	1.23 mA	0.03 mA	1 % + 1 digit
	5 mA	5.02 mA	0.04 mA	1 % + 1 digit
	16 mA	16.7 mA	0.2 mA	1 % + 1 digit
RCD (30mA)	18 ms	19 ms	1 ms	0,04 % + 1 digit
	58 ms	59 ms	1 ms	0,04 % + 1 digit
	218 ms	219 ms	0 ms	0,04 % + 1 digit

* Deze meetwaarden vallen buiten de specificatie
 De gemeten waarde is ten opzichte van de eigenwaarde van het kalibratiesysteem

Paraaf:



Pagina 2 van 2